

# 濃度計量証明書

濃度計量証明事業所 福岡県知事登録第45号

財団法人 有明環境整備公社

〒836-0057 福岡県大牟田市汐屋町5-15

TEL (0944)52-4466 FAX (0944)52-4485



共立産業(株)

様

環境計量士

田 中



ご依頼のありました試料の計量結果を、下記のとおり証明いたします。

試料名：排水水

試料受付日： 2011 年 6 月 29 日 [受付方法： 輸送 ]

試料採取日： 2011 年 6 月 28 日 時 分 [天候： 気温： ℃ 水温： ℃]

発行日： 2011 年 7 月 13 日 [発行番号： B 2110390 -1/3 ]

| 計量の対象        | 単位   | 計量結果     | 計 量 の 方 法                               |
|--------------|------|----------|-----------------------------------------|
| カドミウム        | mg/l | 0.001未満  | JIS K 0102-55.3<br>ICP法                 |
| 全シアン         | mg/l | 0.1未満    | JIS K 0102-38.1及び38.3<br>吸光光度法          |
| 有機リン化合物      | mg/l | 0.1未満    | S49 環境庁告示第64号付表1<br>GC法                 |
| 鉛            | mg/l | 0.005未満  | JIS K 0102-54.3<br>ICP法                 |
| 六価クロム        | mg/l | 0.05未満   | JIS K 0102-65.2.1<br>吸光光度法              |
| ヒ素           | mg/l | 0.005未満  | JIS K 0102-61.3<br>HYD-ICP法             |
| 総水銀          | mg/l | 0.0005未満 | S46 環告第59号付表1<br>還元酸化原子吸光法              |
| アルキル水銀       | mg/l | 0.0005未満 | S46 環告第59号付表2 GC法及び<br>S49 環境庁告示第64号付表3 |
| PCB          | mg/l | 0.0005未満 | S46 環告第59号付表3<br>GC法                    |
| トリクロロエチレン    | mg/l | 0.002未満  | JIS K 0125-5.2<br>HS・GC-MS法             |
| テトラクロロエチレン   | mg/l | 0.0005未満 | JIS K 0125-5.2<br>HS・GC-MS法             |
| ジクロロメタン      | mg/l | 0.002未満  | JIS K 0125-5.2<br>HS・GC-MS法             |
| 四塩化炭素        | mg/l | 0.0002未満 | JIS K 0125-5.2<br>HS・GC-MS法             |
| 1,2-ジクロロエタン  | mg/l | 0.0004未満 | JIS K 0125-5.2<br>HS・GC-MS法             |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.002未満  | JIS K 0125-5.2<br>HS・GC-MS法             |

備 考

\* は計量法第107条の計量証明対象外です。  
○○未満は定量下限値を下回ったことを表します。

# 濃度計量証明書

濃度計量証明事業所 福岡県知事登録第45号

財団法人 有明環境整備公社

〒836-0057 福岡県大牟田市汐屋町5-15

TEL (0944)52-4466 FAX (0944)52-4485



共立産業(株)

様

環境計量士

田 中



ご依頼のありました試料の計量結果を、下記のとおり証明いたします。

試料名：排水水

試料受付日： 2011 年 6 月 29 日

[受付方法： 輸送

]

試料採取日： 2011 年 6 月 28 日

時 分

[天候：

気温：

℃ 水温：

℃]

発行日： 2011 年 7 月 13 日

[発行番号： B 2110390 -2/3

]

| 計量の対象           | 単位   | 計量結果     | 計 量 の 方 法                                 |
|-----------------|------|----------|-------------------------------------------|
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | 0.004未満  | JIS K 0125-5.2<br>HS・GC-MS法               |
| 1,1,1-トリクロロエタン  | mg/l | 0.0005未満 | JIS K 0125-5.2<br>HS・GC-MS法               |
| 1,1,2-トリクロロエタン  | mg/l | 0.0006未満 | JIS K 0125-5.2<br>HS・GC-MS法               |
| 1,3-ジクロロプロペン    | mg/l | 0.0002未満 | JIS K 0125-5.2<br>HS・GC-MS法               |
| チウラム            | mg/l | 0.0006未満 | S46 環境庁告示第59号付表4<br>固相抽出HPLC法             |
| シマジン            | mg/l | 0.0003未満 | S46 環境庁告示第59号付表5<br>固相抽出GC-MS法            |
| チオベンカルブ         | mg/l | 0.002未満  | S46 環境庁告示第59号付表5<br>固相抽出GC-MS法            |
| ベンゼン            | mg/l | 0.001未満  | JIS K 0125-5.2<br>HS・GC-MS法               |
| セレン             | mg/l | 0.002未満  | JIS K 0102-67.3<br>HYD-ICP法               |
| pH(水温℃)         |      | 7.5(23℃) | JIS K 0102-12.1<br>ガラス電極法                 |
| BOD             | mg/l | 4.6      | JIS K 0102-21 及び<br>JIS K 0102-32.3 隔膜電極法 |
| COD             | mg/l | 7.6      | JIS K 0102-17<br>滴定法 (高温酸性法)              |
| SS              | mg/l | 1.0      | S46 環境庁告示第59号付表8<br>ろ過重量法                 |
| 鉱油類             | mg/l | 0.5未満    | JIS K 0102 参考 I - 1<br>カラム分離重量法           |
| 動植物油脂類          | mg/l | 0.5未満    | JIS K 0102 参考 I - 2<br>カラム分離重量法           |

備 考

\* は計量法第107条の計量証明対象外です。  
〇〇未満は定量下限値を下回ったことを表します。



# 濃度計量証明書

濃度計量証明事業所 福岡県知事登録第45号

財団法人 有明環境整備公社

〒836-0057 福岡県大牟田市汐屋町5-15

TEL (0944)52-4466 FAX (0944)52-4485

共立産業(株)

様

環境計量士

田 中

弘

ご依頼のありました試料の計量結果を、下記のとおり証明いたします。

試料名：排水水

試料受付日： 2011 年 6 月 29 日 [受付方法： 輸送 ]

試料採取日： 2011 年 6 月 28 日 時 分 [天候： 気温： ℃ 水温： ℃]

発行日： 2011 年 7 月 13 日 [発行番号： B 2110390 -3/3 ]

| 計量の対象   | 単位   | 計量結果   | 計 量 の 方 法                     |
|---------|------|--------|-------------------------------|
| * 大腸菌群数 | 個/ml | 140    | S37 厚生省・建設省令第1号<br>定型的集落数平均値法 |
| フェノール類  | mg/l | 0.05未満 | JIS K 0102-28.1<br>吸光光度法      |
| 銅       | mg/l | 0.01未満 | JIS K 0102-52.4<br>ICP法       |
| 亜鉛      | mg/l | 0.16   | JIS K 0102-53.3<br>ICP法       |
| 溶解性鉄    | mg/l | 0.069  | JIS K 0102-57.4<br>ICP法       |
| 溶解性マンガン | mg/l | 0.93   | JIS K 0102-56.4<br>ICP法       |
| 全クロム    | mg/l | 0.01未満 | JIS K 0102-65.1.4<br>ICP法     |
| 全リン     | mg/l | 0.074  | JIS K 0102-46.3<br>吸光光度法      |
| 全窒素     | mg/l | 3.0    | JIS K 0102-45.2<br>紫外吸光光度法    |
| ふっ素     | mg/l | 0.72   | JIS K 0102-34.1<br>吸光光度法      |
| ほう素     | mg/l | 1.6    | JIS K 0102-47.3<br>ICP法       |
|         |      | 以下余白   |                               |
|         |      |        |                               |
|         |      |        |                               |
|         |      |        |                               |

備 考

\* は計量法第107条の計量証明対象外です。  
 ○○未満は定量下限値を下回ったことを表します。